

REGIONE SICILIANA

**Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
Catania**

**Gara telematica per la fornitura di strumentario chirurgico per l'U.O.C. di Clinica
Chirurgica del Presidio G. Rodolico.**

VERBALE N. 2

In data 25/01/2019, alle ore 8,30, si è riunita, presso il locali del Settore Provveditorato dell'Azienda, la Commissione Tecnica nominata con ordinanza n. 38 del 6/12/2018, incaricata ad accertare la conformità dello strumentario offerto dalle ditte partecipanti alla procedura di gara sopra specificata.

Sono presenti i sigg.:

- Dott. Paolo Adorno
- Prof. Antonio Biondi
- Dott. Salvatore Mauro Russo
- Segretario Verbalizzante – Dott.ssa Vittoria Venuto

La Commissione inizia l'esame della documentazione tecnica trasmessa dalle partecipanti con le risultanze di seguito indicate:

ANDROMEDICA S.R.L.

Conforme

DI EMME IMPORT S.R.L.

Non conforme per le seguenti motivazioni:

- Voce 94: il divaricatore offerto è di 24 cm anziché 26 cm
- Voce 98: il divaricatore offerto è di 28 x 20 mm anziché 25x21 cm
- Voce 99: il divaricatore offerto è di 36 x 28 mm anziché 30x28
- Voce 100: il divaricatore offerto è di 44 x 38 mm anziché 38x40 mm
- Voce 103: il divaricatore offerto è di 33 cm anziché 28 cm
- Voce 105: il retrattore offerto è di 21,5 cm anziché 36 cm
- Voce 117: il manico offerto è di 16 cm anziché 12 cm
- Voce 120: il modello offerto non è micro
- Voce 125: la pinza è di 15 cm anziché 12 cm
- Voce 151: la pinza è di 15 cm anziché 14 cm
- Voce 161: la pinza è da 16 cm anziché 17 cm
- Voce 162: la pinza è da 16 cm anziché 12,5 cm
- Voce 164: viene offerta pinza da 20 oppure 24 cm anziché 22 cm
- Voce 175: la pinza è di 20 cm anziché 21,5
- Voce 177: viene offerta pinza da 16 oppure 18 cm anziché 17 cm
- Voce 178: la pinza è di 18 cm anziché 17 cm
- Voce 179: la pinza è di 18 cm anziché 17 cm
- Voce 180: la pinza è di 22 cm anziché 20 cm



Voce 182: la pinza è di 22 cm anziché 31
Voce 197: la pinza non ha il morso a striatura longitudinale
Voce 203: la pinza è di 16,5 cm anziché 15,5 cm
Voce 204: la pinza è di 15 cm anziché 16 cm
Voce 237: la pinza è di 20 cm anziché 17,5 cm
Voce 252: la pinza è di 18,5 cm anziché 23 cm
Voce 280: il portaghi è di 14 cm anziché 12 cm
Voce 281: il portaghi è di 15 cm anziché 16 cm
Voce 283: il portaghi è di 18 cm con morso dritto anziché 20 cm con morso curvo
Voce 294: il portaghi è di 23 cm anziché 26 cm
Voce 305: lo specchio è di 21,5 cm con valve 85 x 25 mm anziché 20 cm con valve 80x25
Voce 306: lo specchio è con valve non fenestrate 17 x 89 mm anziché con valve fenestrate 70x15 mm
Voce 309: dal depliant si evince che sono targhette per vassoio e non per contenitore con sistema inibitore di flusso
Voce 310: al depliant si evince che sono targhette per vassoio e non per contenitore con sistema inibitore di flusso
Voce 342: viene offerto un prodotto con lo stesso codice sia per la voce 339, con scomparti interni, che per la voce 342, senza scomparti interni.

Inoltre la Commissione evidenzia quanto segue:

Voce 4: non si evince che la forbice abbia lame non dentellate di cui una affilata a scalpello
Voce 45: non si evince che la forbice abbia lame non dentellate di cui una affilata a scalpello
Voce 53: non si evince che la forbice abbia lame non dentellate di cui una affilata a scalpello
Voce 54: non si evince che la forbice abbia lame non dentellate di cui una affilata a scalpello
Voce 57: non si evince che la forbice possa tagliare agevolmente un panno di cotone piegato a formare uno spessore di almeno 10 mm
Voce 58: non si evince che la forbice abbia lame non dentellate di cui una affilata a scalpello
Voce 59: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 60: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 61: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 62: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 63: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 64: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 65: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 66: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 67: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 68: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 69: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 70: che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 71: non si evince che la forbice abbia una lama affilata a scalpello
Voce 79: non si evince dimensione 20 cm
Voce 82: non si evince apertura 40 mm
Voce 83: non si evince apertura 83 mm
Voce 84: non si evince apertura 90 mm
Voce 101: non si evince dimensione 20 x 7 mm
Voce 102: non si evince dimensione 20 x 7 mm
Voce 144: non si evince dimensione punta 0,6 mm
Voce 145: non si evince dimensione punta 0,8 mm
Voce 146: non si evince dimensione punta 1,0 mm
Voce 222: non si evince punta da 2 mm



Voce 312: non si evince la lunghezza utile 110 mm
Voce 313: non si evince la lunghezza utile 110 mm
Voce 323: non si evince che il contenitore sia dotato di sistema inibitore di flusso secondo Pasteur;
inoltre il coperchio del contenitore non è privo di concavità dove possa accumularsi condensa
Voce 324: non si evince che il contenitore sia dotato di sistema inibitore di flusso secondo Pasteur;
inoltre il coperchio del contenitore non è privo di concavità dove possa accumularsi condensa
Voce 325: non si evince che il contenitore sia dotato di sistema inibitore di flusso secondo Pasteur;
inoltre il coperchio del contenitore non è privo di concavità dove possa accumularsi condensa
Voce 326: non si evince che il contenitore sia dotato di sistema inibitore di flusso secondo Pasteur
Voce 330: dal depliant si evince che è vassoio di altezza 55 mm
Voce 332: dal depliant si evince che è vassoio di altezza 55 mm
Voce 334: dal depliant si evince che ha altezza 280 mm

TAURUS S.R.L.

Non conforme per le seguenti motivazioni:

Voce 76: manca scheda tecnica
Voce 80: il divaricatore autostatico offerto ha valve a finestra singola anziché a doppia finestra
Voce 87: non è presente il braccio su cui montare una quarta valva su divaricatore Balfour
Voce 103: il divaricatore offerto è a punta angolata verso il basso anziché essere a punta dritta
Voce 109: è offerto un singolo tubo di aspirazione Yankauer con raccordo e terminale anziché un set composto da manico, quattro tubi, raccordo e terminale
Voce 110: manca illustrazione di aghi tipo GR
Voce 111: manca illustrazione di aghi tipo GR
Voce 122: il periostotomo offerto è curvo anziché retto
Voce 138: la pinza offerta non ha 2 x 3 denti
Voce 166: manca scheda tecnica della pinza DE BAKEY-BECK
Voce 169: la pinza offerta è una pinza modello CALNE e non Satinsky
Voce 176: la pinza offerta è una pinza modello Foerster e non Bergman (Bergman-Foerster)
Voce 183: la forbice offerta non ha il connettore femmina a sezione rettangolare
Voce 184: il cavo offerto non ha le spine del tipo richiesto
Voce 197: la pinza offerta non ha il morso a striatura longitudinale
Voce 199: la pinza offerta non ha il morso a zigrinatura incrociata
Voce 202: la pinza Resano offerta non è da dissezione
Voce 206: la pinza offerta è una pinza tipo Russ. Modell anziché Durante
Voce 219: la pinza offerta non ha 2 x 3 denti
Voce 221: la pinza offerta non ha 3 x 4 denti
Voce 249: la pinza offerta non è una pinza Mixer- Paul
Voce 283: il portaghi offerto è a morso retto anziché curvo
Voce 310: manca scheda tecnica della targhetta per contenitori 300 x 300 mm e 600 x 300 mm
Voce 314: il tubo offerto è da 24 cm, sebbene con chiarimento pubblicato fosse stato richiesto da 22 cm
Voce 326: non si evincono le dimensioni del contenitore offerto
Voce 333: manca illustrazione che corrisponda alla descrizione della scheda tecnica
Voce 334: il cesto offerto non ha le dimensioni richieste
Voce 336: manca illustrazione
Voce 337: manca illustrazione
Voce 339: manca illustrazione
Voce 340: manca illustrazione

Voce 341: manca illustrazione

Voce 348: manca illustrazione e non si evince chiaramente il codice del prodotto offerto

La Commissione rileva inoltre che:


Manca una tabella con le voci offerte, elencate seguendo lo stesso ordine progressivo del capitolato tecnico, dalla quale per ciascuna voce offerta si possano evincere marca, codice, ditta produttrice, descrizione particolareggiata del prodotto offerto, come richiesto nel disciplinare di gara.

Nelle schede presentate non è specificato il numero progressivo di riferimento della voce offerta, che si può solo cercare di intuire seguendo l'ordine di presentazione delle schede, e le voci sopra specificate non risultano offerte.

Alle ore 11,50 la seduta ha termine.

Del che viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto:

Dott. Paolo Adorno



Prof. Antonio Biondi



Dott. Salvatore Mauro Russo

Segretario Verbalizzante – Dott.ssa Vittoria Venuto

