

REGIONE SICILIANA



Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
“ Gaspare Rodolico – San Marco ”
Catania

Settore: Provveditorato ed Economato - Tel. 095 3781796 - Fax 095 3781727
provveditorato@pec.policlinico.unict.it, protocollo@pec.policlinico.unict.it

AVVISO 3 – RISPOSTE CHIARIMENTI

Procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016, per i lotti 1,2, 3 e 4 per la fornitura in "SERVICE", in somministrazione continuata per cinque anni, distinta in lotti unici ed inscindibili di separatori cellulari e materiale di consumo per aferesi terapeutica, aferesi produttiva, fotoaferesi e raccolta cellule staminali.

Importo complessivo a base d'asta QUINQUENNALE € 4.750.000,00 OLTRE IVA

GARA N° 7916932

Si comunicano le seguenti risposte ai chiarimenti pervenuti:

- Chiarimenti di carattere amministrativo:
 1. La documentazione relativa alle “Dichiarazioni di conformità CE, Certificati CE, Certificati ISO, CEI e similari” potrà essere presentata in lingua originale / inglese. La relazione tecnica dei prodotti offerti dovrà essere redatta in lingua italiana.
 2. I requisiti economico-finanziari richiesti a pag. 8 del Disciplinare di gara, devono essere indicati a pag. 12 del DGUE Parte IV lettera B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice).
 3. Si conferma che la ditta offerente dovrà indicare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza.
 4. Il DUVRI è un documento visionabile. Verrà successivamente richiesto alla/e ditta/e aggiudicataria/e.

- Chiarimenti di carattere tecnico:
 1. In relazione al parametro per l'attribuzione del punteggio di qualità, del Capitolato Tecnico pag. 3 “Attestazione sulla trasportabilità della macchina - trasportabile da 1 persona”: Si precisa che la macchina non necessita di essere trasportata con un mezzo di trasporto in un altro presidio, prevedendone l'allocazione già in fase di consegna. L'eventuale trasportabilità si riferisce, pertanto, al solo spostamento da un reparto all'altro da parte degli operatori.

2. Nel Capitolato Tecnico, nelle Caratteristiche minime dei separatori cellulari pag. 2 viene richiesto nell'elenco delle procedure "Set per procedure depletive": Si precisa che per procedure depletive si intendono le eritroafèresi, leucoafèresi e piastrinoafèresi. Si prega di considerare anche la possibilità di eseguire il trattamento del midollo.
3. In relazione al parametro per l'attribuzione del punteggio di qualità, del Capitolato Tecnico pag. 3 "Volume extracorporeo durante la procedura < 150 ml": Per volume extracorporeo ci si riferisce al volume di sangue contenuto nel Kit durante la procedura. Non deve essere considerato, quindi, il volume rimosso nelle procedure depletive, in quanto compensato da liquido di sostituzione (fisiologica, plasma o albumina).
4. In relazione al parametro per l'attribuzione del punteggio di qualità del Capitolato Tecnico, pag. 3 "Attestazione range tempo medio a procedura dell'attrezzatura proposta" si specifica che: Il parametro del tempo medio della procedura è, di solito, desumibile dalla letteratura di supporto richiesta. Naturalmente è variabile da una procedura all'altra.
5. In riferimento ai "Parametri per l'attribuzione del punteggio di qualità" del lotto 4 a pag. 8 del Capitolato tecnico: Il punto relativo alla sostenibilità finanziaria attribuisce un punteggio di qualità in base al numero di kit (20, 30 o 50) offerti in sconto merce oltre a quelli previsti dal capitolato.

Distinti saluti

Il Direttore del Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Maurizio Grassi)